

# Configuração de Kit Padrão não rastreável

Criação e configuração de KIT Padrão não rastreável na plataforma SISMETRO.

## MÓDULO

Gestão de Esterilização.

## CADASTRO DO MATERIAL CIRÚRGICO

CADASTRO PATRIMÔNIO INCLUIR
VOLTAR
SALVAR

Tipo de Tecnologia

Digite para buscar, ex: MONITOR, AUTOCLAVE, etc

Categoria

Observação / Descrição:

Situação:

GUT - Gravidade

SEM GRAVIDADE

Solicitante:

Localização

Filho de ?

Marca:

Modelo:

Número de série:

Nosso N°. de patrimônio:

TAG patrimônio

Data Matrix / EAN / RFID

RFID Connect

TAG de função

ID ERP:

Av. de Qualidade:

Composição

Máx. de Esterilizações

Rastreável

SIM

Número do registro na Anvisa

Técnico designado:

Centro de custo

Coordenadas Google Maps

Ex: -23.566481, -46.649535

Adicionar localização

Operador/Contato:

Acessórios/Cabos/Detalhes:

## Caminho no Menu:

### Cadastro -> Patrimônio -> Listagem -> Adicionar

- 1.1 Cadastrar o material como Patrimônio no Tipo de Tecnologia correspondente ao instrumento;
- 1.2 Selecionar no campo "Solicitante" e "Localização" o cadastro que corresponde como proprietário do material;
- 1.3 Selecionar no campo "Marca" e "Modelo" o cadastro que corresponde ao fabricante do material;
- 1.4 Informar a "Av. de Qualidade" e "Composição" do material;
- 1.5 Selecionar "NÃO" no campo "Rastreável";

1.6 Se necessário, configurar o número máximo de esterilizações do material no campo "Máx. de Esterilizações";

1.7 Salvar cadastro.

## CONFIGURAÇÃO DO KIT PADRÃO

**CME KIT PADRÃO** Incluir VOLTAR Salvar

Código

Tipo do KIT

SEM RASTREABILIDADE

Realizar Check final em sala!

NÃO

Primeiro Invólucro

Validade dias

Tabela de Valor

EMBALAGEM

30

Segundo Invólucro

Validade dias

Tabela de Valor

Terceiro Invólucro

Validade dias

Tabela de Valor

Quarto Invólucro

Validade dias

Tabela de Valor

Embalado pela

Armazenado em

Solicitante, digite para buscar

Localização

Medidas em milímetros

Largura

Altura

Profundidade

Litros

=

Esterilização:

NÃO

Qualidade dos itens:

Kit's prontos no Arsenal

MINIMO

MAXIMO

Permite divergência

NÃO PERMITE ITENS ADICIONAIS

Alerta de não pertence ao kit

EXIBIR ALERTA

Impressão da etiqueta

IMPRESSÃO COMPLETA DA ETIQUETA

**Caminho no Menu:**




## CME -> Kit Padrão -> Adicionar

- 2.1 Cadastrar a caixa como Kit Padrão de acordo com seus respectivos dados;
- 2.2 No campo "Tipo do KIT" selecionar "SEM RASTREABILIDADE";
- 2.3 No campo "Permite divergência" selecionar a opção "Não permite itens adicionais";
- 2.4 No campo "Alerta de não pertence ao kit" selecionar a opção "Exibir alerta";
- 2.5 Salvar cadastro.

Versão do Kit	Versão dos itens
Corresponde ao cadastro e configurações do Kit padrão	Corresponde aos materiais que compõem o Kit padrão

Para editar a "Versão do Kit", acesse a última versão disponível na janela de seleção.

Para editar a "Versão dos itens", acesse a última versão disponível na janela de seleção ou a opção "Montar Versão"

Foto	ID	Código	Versão do Kit	Dados do KIT Padrão	Solicitante / Proprietário	Ciclo e validade	Check final	Versão dos itens	Status
	7791		<div>Atual 2</div>	CAIXA PC LARANJA/MARRON/AMARELA EQUIPE DO CME Volume Litros: 33.6	HOSPITAL SAO LUCAS SA	SMS AUTOCLAVE Val: 60 dias		<div>MONTAR VERSÃO</div>	 

## CONFIGURAÇÃO DOS ITENS DO KIT

### Caminho no Menu:

## CME -> Kit Padrão -> Versão dos itens do Kit -> Selecionar ou montar versão

- 3.1 Certifique-se que o Kit está editável exibindo o botão "Liberar Versão";
- 3.2 Utilize o campo "Nome do material" para identificar o instrumental;
- 3.3 Após identificar todos os materiais pertencentes ao Kit clique em "Liberar Versão" para que o Kit seja exibido na montagem da embalagem.

Nome do KIT:

KIT SUTURA

Validade em DIAS:

60

Local de embalagem:

EQUIPE DO CME

Tipo do KIT

NÃO RASTREÁVEL

10

Total de itens

Rastreabilidade

.0

Versão dos itens

Testar

Liberar Versão

## EDITANDO VERSÃO DOS ITENS DO KIT

## Incluir material

Quando inserido um item pelo datamatrix ele será exclusivo deste kit padrão!

Nome do material

Quantidade

OK

Manu(item em manutenção) Temp(item temporário no KIT)



Item	Manu	Temp	Foto	Nome	Tipo	Datamatrix / RFID	Qtde	Ação
236560				COTONETE	3696		4	
236561				PINÇA KELLY CURVA	3225		6	

## DÚVIDAS

Dúvida	Solução	Direito
Como editar um kit?	Cada edição contabiliza em uma nova versão do kit, ou seja, um momento kit não será editado, e sim elaborada uma nova versão do mesmo.	-
Não visualizo o campo para tornar o patrimônio não rastreável.	Usuário sem direitos. Procure o ADM (administrador) da unidade para liberar o direito "DEFINIR PATRIMONIO COMO NAO RASTREAVEL *CME".	667

Revisão #8

Criado 20 December 2022 13:00:48 por GABRIEL BORGES PETERS

Atualizado 22 December 2022 19:21:44 por GABRIEL BORGES PETERS